BESCHEINIGUNG

Antragsteller: Rösner-Mautby Meditrade GmbH
D-83088 Kiefersfelden

Produkt: Meditrade, Nitril NextGen, Untersuchungshandschuhe aus Nitrilbutadienkautschuk (NBR) puderfrei, unsteril

DEKRA Automobil GmbH Labor für Produkt- und Umweltanalytik bescheinigt, dass das geprüfte Muster folgenden Anforderungen entspricht:

Sensorische Prüfung gemäß Artikel 3 (1c) Verordnung (EG) Nr. 1935/2004

Gesamtmigration gemäß BfR-Empfehlung XXI. (Bedarfsgegenstände auf Basis von Natur- und Synthesekautschuk) Kategorie 3

Zinkgehalt der Fertigerzeugnisse sowie Bleiverunreinigungen der Kategorien 1, 2 und 3 Gemäß BfR-Empfehlung XXI. (Bedarfsgegenstände auf Basis von Natur- und Synthesekautschuk)

Formaldehyd gemäß BfR-Empfehlung XXI. (Bedarfsgegenstände auf Basis von Natur- und Synthesekautschuk) nach der Untersuchungsvorschrift (Ostromow, H., Hofmann, W., 1978. Untersuchung von Bedarfsgegenständen aus Gummi)

Spezifische Migration von migrierbaren N-Nitrosaminen gemäß BfR-Empfehlung XXI. (Bedarfsgegenstände auf Basis von Natur- und Synthesekautschuk)

Phthalate gemäß REACH Verordnung 1907/2006

Der gemessene Gehalt an wasserlöslichen Latexproteinen liegt unterhalb dem vom BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) empfohlenen Wert von 200 µg/g.

Prüfbericht: 55250373-1

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im DEKRA Prüfbericht 55250373-1 angegebenen Prüfbedingungen. Die Prüfungen wurden an einem Muster durchgeführt, das vom Hersteller zugeschickt wurde. Die Bescheinigung beinhaltet keine Beurteilung der Herstellerproduktion.

Stuttgart, 2015/05/12

DEKRA Automobil GmbH

Labor für Umwelt- und Produktanalytik
DEKRA
Dipl.-Ing. Ingo Kesselring

Ingo Kesselring
Project Manager

DEKRA Automobil GmbH, Laboratory for Environmental & Product Analysis, Handwerkstr. 15, D-70565 Stuttgart
Tel. +49.711.7861-3722, Fax +49.711.7861-3534, www.dekra.com HRB-No 21039